



Marszałek Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, tel. /+48/ 42 663 30 10, e-mail: p.wojtysiak.sekretariat@lodzkie.pl

Łódź, dnia 14.08.2025 r.

KSII.0003.17.2025

Pan

Piotr Adamczyk

Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Kancelaria Sejmiku

Data wpływu: 14 -08- 2025

Ilość załączników:

Podpis przyjmującego: 311.

W odpowiedzi na pismo Pana Radnego z dnia 22 lipca 2025 r., będące interpelacją w sprawie funkcjonowania Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi na wstępie zapewniam, że wszelkie niepokojące sygnały dotyczące WSRM w Łodzi, jakie wpływają do Zarządu Województwa Łódzkiego, są na bieżąco wyjaśniane z Dyrekcją jednostki.

Odnosząc się do sprawy związanej z badaniami rentgenowskimi informuję, że w związku z częstymi awariami użytkowanego aparatu RTG, Dyrektor WSRM w Łodzi podjął decyzję o zabezpieczeniu ciągłości pracy gabinetu RTG w postaci mobilnej pracowni RTG, która została dostarczona na teren WSRM w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 137/141 w kwietniu (do czerwca br.). Aparat ten miał jedynie stanowić ewentualne zabezpieczenie ciągłości świadczeń diagnostycznych w sytuacji planowanego wyłączenia z użytku dotychczas eksploatowanego stacjonarnego aparatu RTG, w związku koniecznością remontu. Aparat przewoźny został dostarczony w charakterze tymczasowego rozwiązania awaryjnego, jednak ostatecznie nie doszło do jego formalnego najmu ani użytkowania. Nie podpisano żadnej umowy, nie dokonano żadnych płatności, a urządzenie nie zostało wprowadzone do regularnej eksploatacji. Powodem rezygnacji była nieakceptowalna wysokość żądanych warunków finansowych przez potencjalnego wynajmującego – z tego względu odstąpiono od dalszych rozmów i nie zrealizowano współpracy. Podsumowując, przewoźny aparat RTG nie był wykorzystywany w praktyce, nie został wynajęty, a jego obecność miała jedynie charakter tymczasowy mający na celu ocenę możliwości zastosowania podobnego urządzenia w warunkach szczególnych.

W WSRM w Łodzi dysponuje stacjonarnym urządzeniem MULTIX TOP firmy SIEMENS o numerze seryjnym 2398 wyprodukowanym w 2006 r.

W okresie od 29 kwietnia do 10 czerwca 2025 r. wykonano 4.386 zdjęć RTG.

W odpowiedzi na pytanie Pana Radnego dotyczące Zarządzenia nr 130/2025 Dyrektora Naczelnego WSRM w Łodzi wyjaśniam, że zostało one wydane w ramach sprawowanego nadzoru między innymi nad gospodarką materiałową i lekową ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki środkami odurzającymi. W ramach podjętych działań skontrolowane zostały wszystkie miejsca dyslokacji zespołów wyjazdowych WSRM

w Łodzi, sprawdzano, czy środki farmaceutyczne są przechowywane, ewidencjonowane oraz wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. Kontrole nie wykazały żadnych poważnych uchybień i zostały zakończone raportem, z którego wynika, że w zakresie gospodarki środkami odurzającymi nie stwierdzono uchybień formalnych, stany magazynowe leków były zgodne z książkami kontroli obrotu środków odurzających. Uchybienia stwierdzono w zakresie rozchodu leków w wewnętrznym systemie kontroli, czyli w programie AMMS. Stwierdzone uchybienia zostały omówione na odprawie z koordynatorami medycznymi, w trakcie której wskazano, jakie działania naprawcze należy podjąć w celu uniknięcia podobnych przypadków w przyszłości. Przeprowadzone kontrole miały charakter prewencyjny, a drobne nieścisłości miały charakter techniczny, nie mający wpływu na bezpieczeństwo pacjentów, ani jakość świadczonych usług medycznych. Wszelkie uwagi zostały niezwłocznie przekazane do realizacji, a zalecenia pokontrolne wdrożone.

Proszę o przyjęcie powyższych wyjaśnień.


p o w i a s z e n i e
z up. Marszałka
Województwa Łódzkiego
Piotr Wojtyś
Wicemarszałek
Województwa Łódzkiego

Załączniki:

Wyjaśnienia Kierownika Działu Farmacji Szpitalnej z dnia 25 lipca 2025 r. wraz z 80 załącznikami.

Do wiadomości:

Pani Małgorzata Grabarczyk – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego